

CLIMATIC CABINET



Climatic Cabinet in abbinamento al Tavolo Antivibrante

Sistema conforme alle normative per il condizionamento dei filtri a $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ - $50 \pm 5\%$ UR :
Norma UNI EN 12341 (Aprile 2001) - Metodo UNICHIM n° 285 (ed. 2003) - D. M. n° 60 del 2 Aprile 2002